



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

LISTË VERIFIKIMI

LISTA E KONTROLLIT PËR APARATURAT ME RREZE X GRAFI DENTARE
/DENSITOMETËR

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

Personeli

Baza Ligjore	Personeli			Komente
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Teknik Imazherie			
	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës			

Baza Ligjore	Inventari i pajisjeve që gjenerojnë rrezatim dhe mjediset e ushtrimit të aktivitetit Lloji dhe të dhënat e paisjes/paisjeve që gjenerojnë rreze X			Komente
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e paisjeve në përdorim krahasuar me listën e paisjeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës?			
	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me gjeneratorë me rreze X në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR(P.sh ndryshimin apo rikonstruksionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj)?			

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.

Lista e kontrollit do plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Detyrimet e punëdhënësit për marrjen e masave mbrojtëse</p>		
<p>neni 24</p>	<p>a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo Oficeri i mbrojtjes nga rrezatimet OMR i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 5 pika 7</p>	<p>b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>neni 24 pika 1</p>	<p>c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?</p>	<p>5pikë</p>	
<p>Neni 24 pika 4/f</p>	<p>d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?</p>	<p>4pikë</p>	
<p>neni 24 pika 2 / 4</p>	<p>f) A kanë punonjësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 24 pika 8 , neni 25 pika 2</p>	<p>g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankimime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>Neni 25, pika 1/a</p>	<p>g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Sistemi i sinjalizimit</p>	
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>a) A ka shenja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatëse, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në koridoret dhe mjediset e kabineteve të imazherisë apo vendet ku punohet me paisjet që gjenerojnë rreze X?</p>	<p>2pikë</p>

Baza Ligjore	Mbrojtja e punëmarrësit		
Kodi I Praktikës Për Mbrojtjen Nga Rrezatimet Në Rentgendiagnostike Nr. 804/2 datë 15.03.2005	b) A janë të përshtatshme mjediset ku janë montuar paisjet dhe orientimi i tyre?	7pikë	
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	e) A kanë në përdorim mjete mbrojtëse? (përparëset e plumbit dhe paisjet e tjera mbrojtëse)	6pikë	
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	f) A përdoren pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?	5pikë	

Shënim: Në rast se konstatohet që pajisjet dhe aparaturat janë tepër të vjetëruara dhe jashtë standarteve, të cilat duhen ndëruar, apo mjedisi ku ushtrohet aktiviteti është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm që vë në vështirësi kryerjen e aktivitetit, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Rehabilitim dhe ndreqje e shkeljes së kërkesës ligjore”.

Baza Ligjore	Monitorimi i ekspozimit të personelit			16 pikë
Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:			Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:
Komente				

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit” dhe shoqërohet edhe me dënimin plotësues “Pezullim të licencës”

Baza Ligjore	Monitorimi i ekspozimit të publikut			16 pikë
Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:			Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:
Komente				

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Justifikimi</p>		
<p>Neni 47, pika 2</p>	<p>a) A ka pacienti rekomandim nga mjeku specialist për të bërë ekspozim mjeksor, diagnostikues, terapeutik?</p>	<p>5pikë</p>	
<p>Neni 48, pika 2</p>	<p>b) A janë ekspozimet mjekësore diagnostikuese,terapeutike apo çdo lloj tjetër ekspozimi të justifikuara duke marrë parasysh të mirat dhe riskun në krahasim me teknikat e tjera që nuk japin ekspozim mjeksor?</p>	<p>4pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Konsiderata</p>		
<p>Neni 51, pika 1/b</p>	<p>a) A sigurohet nga personi që operon me pajisjen që gjeneron rrezatim X përdorimi i pajisjes së duhur që ekspozimi i pacientëve të jetë në minimumin e nevojshëm për të arritur objektivin diagnostik dhe a marrin parasysh, informacione nga ekzaminimet e mëparshme për të shmangur ekzaminimet shtesë të panevojshme ?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Konsiderata</p>		
<p>Neni 51, pika 4/d</p>	<p>c) A shmangen ekzaminimet radiologjike që shkaktojnë ekspozime të abdonemit apo të pelvisit (legënit) të grave që janë shtatzëna, apo që ka të ngjarë të jenë shtatzëna (përveç rasteve ku ekzistojnë arsye të forta klinike për ekzaminime të tilla)?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 54</p>	<p>d) A janë të përcaktuara dhe të dokumentuara për një pacient të rritur me madhësi tipike vlerat e dozave në sipërfaqen hyrëse, produkti dozë sipërfaqe, fuqia e dozës apo dozat në organe ?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr 404 ,datë 18.6.2014 “Për rregullat bazë të instalimeve radiologjike në mjekësi”</p>	<p>Kontrolli teknik</p>		
<p>Pika 4.5a</p>	<p>A është kryer procesi I kontrollit teknik për pajisjet sic përshkruhet në kërkesat rregullatore?</p>	<p>10pikë</p>	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore		
Neni 60, pika 1/dh	a) A ka dëmtime të pjesshme të paisjeve që ndikonë në cilësinë e ekzaminimit?	3pikë	
Shuma e pikëve të paplotësuara			

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penali zohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Dt.

INSPEKTORËT