



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

LISTË VERIFIKIMI

LISTA E KONTROLLIT PËR BURIME RADIOAKTIVE TË HAPURA

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

Personeli

Baza Ligjore	Profesioni	Komente (Funkzioni, Diploma, Kualifikimet, Vite pune)		
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Fizikan Mjekësor			
	Teknik Imazherie			
	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës			

Baza Ligjore	Përshkrimi i materialit radioaktiv në përdorim	Komente (Aktiviteti max GBq, Forma fizike/kimike, Nr. serie, Përdorimi)		
VKM-së Nr. 10 dt. 07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Radionuklide/Farmaceutikate			

Baza Ligjore	Tipi i pajisjes	Komente (Prodhuesi, Nr. Model, Sasia)		
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Kalibrator për dozat			
	Pajisja shintiluese			
	Shiringë me mbrojtje			
	Pinceta			
	Gërshërë			
	Bloqe plumbi			
	Numërues			
	Gjenerator Mo99			
	Boks			

Baza Ligjore	Përshkrimi i paisjeve që përdoren për matje dhe atyre mbrojtëse			Komente
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo pasijeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës			
	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me burime radioaktive në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR (P.sh ndryshimin apo rikonstruksionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj)			

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.

Lista e kontrollit plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse</p>		
<p>neni 24</p>	<p>a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo Oficeri i mbrojtjes nga rrezatimet OMR i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>neni 5 pika 7</p>	<p>b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 24 pika 1</p>	<p>c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 24 pika 4/f</p>	<p>d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 32 pika ½</p>	<p>e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike)?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>neni 24 pika 2 / 4</p>	<p>f) A kanë punëmarrësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 24 pika 8 , neni 25 pika 2</p>	<p>g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankimime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse</p>		
<p>Neni 25, pika 1/a</p>	<p>g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Sistemi i sinjalizimit</p>		
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>a) A ka shënja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatese, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në mjediset ku mbahen burimet radioaktive apo në mjediset e ushtrimit të veprimtarisë?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur aparaturat janë në punë?</p>	<p>0.5pikë</p>	
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?</p>	<p>0.5pikë</p>	

Baza Ligjore	Mbrojtja e punëmarrësit		
<p>VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues pika 4 dh</p>	<p>A ka siguruar punëdhënësi pajisjet e nevojshme mbrojtëse dhe pajisjet monitoruese, si dhe instruksionin për përdorimin e tyre?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Kodi i praktikës në mjeksinë bërthamore (radiodiagnostikë dhe radioterapi) nr.5027/2 datë 2.12.2010</p>	<p>A janë të përshtatëshme mjediset ku kryhet veprimtaria me burimet radioaktive?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Kodi i praktikës në mjeksinë bërthamore (radiodiagnostikë dhe radioterapi) nr.5027/2 datë 2.12.2010</p>	<p>A ekziston aspirimi në kabinetet e mjeksisë bërthamore (sidomos në dhomën e nxehtë)?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6</p>	<p>d) A kanë në përdorim mjete personale mbrojtëse? (barrierat mbrojtëse lëvizëse, përparëset e plumbit, dorrezat e plumbit, syzet mbrojtëse, pinceta, gërshërë etj.)</p>	<p>2pikë</p>	

Baza Ligjore	Mbrojtja e punëmarrësit		
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	e) A përdoren nga punëmarrësit pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?	1 pikë	

Shënim: Në rast se konstatohet që mjedisi ku ushtrohet aktiviteti dhe ku mbahen lëndët radio-aktive është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm që vë në vështirësi kryerjen e aktivitetit, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Projekte për rehabilitimin dhe ndreqjen e shkeljes së kërkesës ligjore”.

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Klasifikimi i zonave</p>	
<p>neni 28</p>	<p>a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit.</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 28</p>	<p>b) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paautorizuar dhe instruksione të përshtatshme</p>	<p>0.5pikë</p>
<p>neni 29</p>	<p>c) A janë zonat e mbikqyrura të shënuara dhe të përcaktuara</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 29</p>	<p>d) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit dhe instruksione të përshtatshme</p>	<p>0.5pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i tyre.</p>	
<p>neni 29, pika 5</p>	<p>a) A janë rregullat të shkruara dhe të afishuara në mjediset e punës?</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 29, pika 5</p>	<p>b) A përfshijnë rregullat nivelet e investigimit dhe nivelet e autorizuara si dhe procedurat që duhet të ndiqen kur një nivel kalohet</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 29, pika 5</p>	<p>c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave ?</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të personelit</p>	
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?</p>	<p>4pikë</p>
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>b) A i përdorin dozimetrat dhe i vendosin si duhet ?</p>	<p>2pikë</p>
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?</p>	<p>3pikë</p>
<p>neni 31,pika 3</p>	<p>d) A monitorohen në mënyrë sistematike mjediset e kabineteve ku ri personeli për nivelin e rrezatimit?</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të personelit</p>			
<p>Neni 32 pika 2</p>	<p>e) A ruhen të dhënat e ekspozimeve për çdo punëmarës (jo më pak se 30 vjet nga largimi nga puna) ?</p>	<p>1 pikë</p>		
<p>Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar)</p> <p>Neni 8 pika, c dhe ç</p>	<p>Matjet e kryera gjatë inspektimit:</p>			<p>Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:</p>
<p>Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10</p>	<p>A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?</p>	<p>1 pikë</p>		
<p>Komente</p>				

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit” dhe shoqërohet edhe me dënimin plotësues “Pezullim të licencës”

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Siguria-teknike</p>		
<p>Neni 24</p>	<p>a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet, apo OMR, I ka të qarta detyrat dhe i ka zbatuar ato?</p>	<p>0.5pikë</p>	
<p>Neni 24</p>	<p>b) A është OMR në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që përdorin burime të rrezatimit jonizues?</p>	<p>0.5pikë</p>	
<p>Neni 24</p>	<p>c) A bën OMR mbikqyrjen e vazhdueshme të punonjësve, që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, si dhe kushtet e sigurisë</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 24</p>	<p>d)A mban OMR të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Akresi i vizitorëve</p>		
<p>Neni 39</p>	<p>a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 39</p>	<p>b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara?</p>	<p>0.5pikë</p>	
<p>Neni 39</p>	<p>c) A ekzistojnë kontrolle të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të përshtatëshme?</p>	<p>0.5pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të publikut</p>		
<p>Neni 32, pika 1</p>	<p>a) A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë për matjen e fuqisë së ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku punohet me burime radioactive të mbyllura?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 24, pika 4/b</p>	<p>b) A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar ekspozimet e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të publikut</p>			
<p>Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar)</p> <p>Neni 8 pika, c dhe ç</p>	<p>Matjet e kryera gjatë inspektimit:</p>			<p>Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:</p>
<p>Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10</p>	<p>A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?</p>	<p>1pikë</p>		
<p>Komente</p>				

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre</p>			
<p>Neni 41</p>	<p>a) A ruhen mbetjet radioaktive në një vend të paracaktuar dhe a është i sigurt?</p>	<p>2pikë</p>		

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre</p>	
<p>Neni 41</p>	<p>b) A janë marrë masat për të transferuar mbetjet radioaktive në vendin e autorizuar për trajtimin e tyre në fund të përdorimit?</p>	<p>1pikë</p>
<p>Neni 41</p>	<p>c) Nëse ndonjë burim i hapur nuk është më në përdorim dhe është magazinuar a ka institucioni i autorizuar planin për një transferim të shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ?</p>	<p>2pikë</p>
<p>VKM Nr. 638, datë 7.9.2016 për miratimin e rregullores “Për Trajtimin E Sigurt Të Mbetjeve Radioaktive Në Republikën E Shqipërisë” Neni 20</p>	<p>c) A monitorohen periodikisht shkarkimet radioaktive në natyrë që të mbahen në nivelet më të ulëta të mundëshme nën kufijtë e autorizuar të shkarkimeve?</p>	<p>2pikë</p>
<p>VKM Nr. 638, datë 7.9.2016 për miratimin e rregullores “Për Trajtimin E Sigurt Të Mbetjeve Radioaktive Në Republikën E Shqipërisë” Neni 20</p>	<p>d) A kryhen matje para shkarkimeve për të siguruar që derdhjet e shkarkimeve radioaktive në mjedis janë brenda limiteve të lejuara të shkarkimit dhe a rregjistrohen këto matje?</p>	<p>2pikë</p>
<p>VKM nr. 638 datë 07.09.2016 Për Miratimin E Rregullores ‘Për trajtimin e sigurt tëmbetjeve radioactive në Republikën e Shqipërisë”, Ankesi IV</p>	<p>A ka dokumentacion për shkarkimet në natyrë të mbetjeve radioaktive (shkarkimi i gazrave nga dhoma e nxehtë , i depozitave të mbetjeve , shkarkimet në lavamane) të rregjistruara sipas formatit të Aneksit IV të VKM nr. 638 datë 07.09.2016 Për Miratimin E Rregullores ‘Për trajtimin e sigurt të mbetjeve radioactive në Republikën e Shqipërisë”</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Plani i emergjencës radiologjike</p>		
<p>Neni 63 pika 5/b,ë</p>	<p>a) A ekziston një plan i shkruar emergjence?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>Neni 63 pika 5/b,ë</p>	<p>b) A testohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjencës?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 63 pika 5/c</p>	<p>d) A i kanë të përcaktuara punonjësit detyrat e tyre në rast emergjence me burimin radioaktiv dhe a kanë trajnimin e nevojshëm?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Justifikimi</p>		
<p>Neni 47, pika 2</p>	<p>a) A ka pacienti rekomandim nga mjeku specialist për të bërë ekspozim mjekësor, diagnostikues apo terapeutik?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 47, pika 2</p>	<p>b) A bëhet instruktimi i pacientëve përpara ekzaminimit, a ka dokumentacion?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 47, pika 4</p>	<p>c) A merren masa për kufizimin e dozës për individë të cilët ekspozohen ndërkohë që janë duke ndihmuar vullnetarisht (ndryshe nga profesioni ose punësimi i tyre) në përkujdesin, mbështetjen, dhe komfortin e pacientëve?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Justifikimi</p>	
--	---------------------------	--

<p>Neni 48, pika 2</p>	<p>d) A janë ekspozimet mjekësore diagnostikuese apo terapeutike të justifikuara duke marrë parasysh të mirat dhe riskun në krahasim me teknikat e tjera që nuk japin ekspozim mjekësor</p>	<p>1 pikë</p>
-------------------------------	---	----------------------

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Konsiderata</p>	
<p>Neni 51, pika 3</p>	<p>A sigurojnë mjekët përdorimin e radionuklidëve të duhur që ekspozimi i pacientëve të jetë në minimumin e nevojshëm për të arritur objektivin diagnostik dhe a marrin parasysh, informacione nga ekzaminimet e mëparshme për të shmangur ekzaminimet shtesë të panevojshme?</p>	<p>2 pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Konsiderata</p>	
<p>Neni 51, pika 3</p>	<p>A zgjedhin mjekët dhe laborantët radiofarmaceutikatët më të mirë për të aritur ekspozimin minimal në përputhje me kërkesat e veçanta për fëmijët dhe për pacientët me dëmtime të funksionit të organeve ?</p>	<p>2pikë</p>
<p>Neni 51, pika 4</p>	<p>c) A shmanget administrimi i radionuklideve për procedurat diagnostikuese apo radioterapeutike te gratë që janë shtatzëna, apo që ka të ngjarë të jenë shtatzëna? (Përjashto rastet kur ekzistojnë arsye të forta klinike për ekzaminime të tilla)</p>	<p>2pikë</p>
<p>Neni 51, pika 4</p>	<p>d) Për nënat me fëmijë ne gji a rekomandohet ndërprerja e ushqimit me gji të fëmijes derisa radiofarmaceutikati të sekretohet në atë masë që vlerësohet si dozë e pranueshme për fëmijën që ushqehet me gji?</p>	<p>1pikë</p>
<p>Neni 51, pika 4</p>	<p>e) A zbatohet dhënia e radionuklideve fëmijëve për procedura diagnostike(përjashto rastet kur ekzistojnë shenja klinike të fuqishme) dhe a është sasia e radioaktivitetit të dhënë në përputhje me peshën dhe sipërfaqen e trupit apo ndonjë tjetër kriter i përshtatshëm ?</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Kalibrimi</p>	
--	-------------------------	--

<p>Neni 52</p>	<p>a) A është kalibrimi i burimeve të përdorura në ekspozimet mjekësore objekt i laboratorit të standarteve dozimetrike?</p>	<p>2pikë</p>
	<p>b) A kalibrohen burimet e hapura sipas aktivitetit të radiofarmaceutikatit që do të jepet me aktivitetin e përcaktuar dhe të regjistruar në momentin e dhënies?</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore Kodi I Praktikes Ne Mjekesine Berthamore Radiodiagnostike Dhe Radioterapi Nr 5027/2 prot datë 02.12.2010</p>	<p>Dozimetria klinike</p>	
<p>Neni 53</p>	<p>a) A janë dozat e absorbuara të përcaktuara dhe të dokumentuara?</p>	<p>2pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Sigurimi i Cilësisë A përfshin programi i Sigurimit të Cilësisë mjekësore:</p>		
<p>Neni 55, pika 2</p>	<p>a) Matjet dhe verifikimet e parametrave fizikë në momentin e fillimit të aktivitetit dhe periodikisht më pas?</p>	<p>1 pikë</p>	
<p>Neni 55, pika 2</p>	<p>b) Verifikimin e kalibrimit dhe kushteve të duhura të punës të paisjeve dozimetrike dhe monitorizuese?</p>	<p>1 pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Doza kufizuese</p>		
<p>Neni 56, pika a</p>	<p>a) A janë dokumentuar dozat kufizuese për individë që kanë dijeni, që ekspozohen dhe që vullnetarisht kujdesen dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e pacientëve që janë në trajtim mjekësor?</p>	<p>1 pikë</p>	
<p>Neni 58, pika 2</p>	<p>b) A monitorohen pacientët përpara se të dalin nga spitali për nivelin e rrezatimit? A u jepen instruksione më shkrim për kontaktet me persona të tjerë për kujdesin përkatës për mbrojtjen nga rrezatimi?</p>	<p>1 pikë</p>	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Aksidentet		
Neni 60, pika 2/ ç	A ka ndodhur ndonje incident apo aksident? (dëmtimi i pajisjes, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër me mundësinë për ti shkaktuar pacientit/objektit një ekspozim shumë të ndryshëm nga ai i parashikuar?	2pikë	
Neni 60, pika 2/ ç	a) Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ a	b) A është monitoruar niveli i rezatimit të mjedisit ku ka ndodhur incidenti?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ a	c) Në rast të ekspozimeve mjeksore aksidentale. A është llogaritur dhe vlerësuar doza e marrë nga pacienti?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ a	d) A janë zbatuar të gjitha masat korrektuese që janë nën përgjegjësinë e punëdhënësit?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ b	c) A janë marrë masa për t’u mos u përsëritur incidenti?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ d	d) A është lajmëruar KMR ?	1pikë	
Neni 60, pika 2/ dh	e) A është informuar pacienti dhe mjeku për këtë incident?	1pikë	
Neni 60, pika 1/dh	f) A ka dëmtime të pjesshme të paisjeve që ndikonë në cilësinë e ekzaminimit?	1pikë	
Shuma e pikëve të paplotësuara			

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penali zohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Dt.

INSPEKTORËT