



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

LISTË VERIFIKIMI

LISTA E KONTROLLIT PËR BURIME TË MBYLLURA

Nr.

Datë:

Qarku:

Subjekt i inspektuar për herë të:

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

Personeli

Baza Ligjore	Profesioni	Komente (Funksioni, Diploma, Kualifikimet, Vite pune)
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4.	Fizikan Mjekësor	
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4.	Teknik Imazherie	
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4.	Operator	
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4.	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës	

Baza Ligjore	Përshkrimi i paisjeve që përdoren për matje dhe atyre mbrojtëse			Komente(Aktiviteti max GBq , Forma fizike/kimike , Nr.serie , Perdorimi)
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo pasijeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës			
	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me burime radioaktive apo vendit të ruajtjes së këtyre burimeve në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR(P.sh ndryshimin apo rikonstruksionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj)			

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.

Lista e kontrollit do plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse</p>		
<p>neni 24</p>	<p>a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo Oficeri i mbrojtjes nga rrezatimet OMR i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>neni 5 pika 7</p>	<p>b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 24 pika 1</p>	<p>c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>Neni 24 pika 4/f</p>	<p>d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>neni 32 pika ½</p>	<p>e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike)?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>neni 24 pika 2 / 4</p>	<p>f) A kanë punëmarrësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 24 pika 8 , neni 25 pika 2</p>	<p>g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankimime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse</p>		
<p>Neni 25, pika 1/a</p>	<p>g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Sistemi i sinjalizimit</p>		
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>a) A ka shënja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatese, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në mjediset ku mbahen burimet radioaktive apo në mjediset e ushtrimit të veprimtarisë?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur aparaturat janë në punë?</p>	<p>0.5pikë</p>	
<p>neni 28 pika 4/c</p>	<p>c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?</p>	<p>0.5pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues</p>	<p>Mbrojtja e punëmarrësit</p>		
<p>pika 4 dh</p>	<p>a) A ka siguruar punëdhënësi pajisjet e nevojshme mbrojtëse dhe pajisjet monitoruese, si dhe instruksionin për përdorimin e tyre?</p>	<p>7pikë</p>	
<p>neni 29 pika 6</p>	<p>b) A ka siguruar punëdhënësi pajisje personale mbrojtëse të përshtatshme dhe që përmbushin standardet e nevojshme për punëmarrësit? (p.sh: veshje mbrojtëse, përparëse dhe doreza mbrojtëse)</p>	<p>5pikë</p>	
<p>neni 29 pika 6</p>	<p>c) A përdoren nga punëmarrësit pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?</p>	<p>3pikë</p>	

Shënim: Në rast se konstatohet që mjedisi ku mbahen lëndët radio-aktive është në gjendje jo të mirë dhe i papërshtatshëm, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Projekte për rehabi-litim dhe ndreqjen e shkeljes së kërkesës ligjore”.

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Klasifikimi i zonave</p>	
<p>neni 28</p>	<p>a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit.</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 28</p>	<p>b) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paautorizuar dhe instruksione të përshtatshme</p>	<p>0.5pikë</p>
<p>neni 29</p>	<p>c) A janë zonat e mbikqyrura të shënuara dhe të përcaktuara</p>	<p>1pikë</p>
<p>neni 29</p>	<p>d) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit dhe instruksione të përshtatshme</p>	<p>0.5pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i tyre.</p>		
<p>neni 29, pika 5</p>	<p>a) A janë rregullat të shkruara dhe të afishuara në mjediset e punës?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>neni 29, pika 5</p>	<p>c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave ?</p>	<p>2pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të personelit</p>		
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?</p>	<p>5pikë</p>	
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>b) A i përdorin dozimetrat dhe i vendosin si duhet ?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 31/ pika 4/a</p>	<p>c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?</p>	<p>4pikë</p>	
<p>neni 31,pika 3</p>	<p>d) A monitorohen në mënyrë sistematike mjediset e kabineteve ku ri personeli për nivelin e rrezatimit?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 32 pika 2</p>	<p>e) A ruhen të dhënat e ekspozimeve për çdo punëmarës (jo më pak se 30 vjet nga largimi nga puna) ?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të personelit</p>			
<p>Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar)</p> <p>Neni 8 pika, c dhe ç</p>	<p>Matjet e kryera gjatë inspektimit:</p>			<p>Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:</p>
<p>Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10</p>	<p>A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?</p>	<p>1pikë</p>		
<p>Komente</p>				

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor:
“Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit” dhe shoqërohet edhe me dënimin plotësues “Pezullim të licencës”.

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Siguria-teknike</p>	
<p>Neni 24</p>	<p>a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet, apo OMR, I ka të qarta detyrat dhe i ka zbatuar ato?</p>	<p>1pikë</p>
<p>Neni 24</p>	<p>b) A është personi përgjegjës ose OMR në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që punon me burime radioaktive të mbyllura?</p>	<p>1pikë</p>
<p>Neni 24</p>	<p>c) A bën personi përgjegjës ose OMR mbikqyrjen e vazhdueshme të punonjësve, siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, si dhe kushtet e sigurisë?</p>	<p>2pikë</p>
<p>Neni 24</p>	<p>d)A mban personi përgjegjës ose OMR të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve?</p>	<p>1pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Aksemi i vizitorëve</p>		
<p>Neni 39</p>	<p>a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara?</p>	<p>1 pikë</p>	
<p>Neni 39</p>	<p>b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara?</p>	<p>0.5 pikë</p>	
<p>Neni 39</p>	<p>c) A ekzistojnë kontrolle të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të përshtatëshme?</p>	<p>0.5 pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të publikut</p>		
<p>Neni 32, pika 1</p>	<p>a) A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë për matjen e fuqisë së ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku punohet me burime radioactive të mbyllura?</p>	<p>2 pikë</p>	
<p>Neni 24, pika 4/b</p>	<p>b) A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar ekspozimet e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme?</p>	<p>3 pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Monitorimi i ekspozimit të publikut</p>			
<p>Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar)</p> <p>Neni 8 pika, c dhe ç</p>	<p>Matjet e kryera gjatë inspektimit:</p>			<p>Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:</p>
<p>Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10</p>	<p>A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?</p>	<p>1 pikë</p>		
<p>Komente</p>				

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre</p>	
<p>Neni 41</p>	<p>a) A ruhen mbetjet radioaktive në një vend të paracaktuar dhe a është i sigurt?</p>	<p>3pikë</p>
<p>Neni 41</p>	<p>b) A mbahet aktiviteti dhe volumi i çdo mbetjeje radioaktive që rezulton nga burimet për të cilat punëdhënësi është përgjegjës, në minimumin e mundshëm dhe a menaxhohen (grumbullohen, trajtohen, kondicionohen, transportohen, ruhen dhe depozitohen) në përputhje me rregulloren për menaxhimin e sigurt të mbetjeve?</p>	<p>3pikë</p>
<p>Neni 41</p>	<p>c) Nëse ndonjë burim i mbyllur nuk është më në përdorim dhe është magazinuar a ka institucioni i autorizuar planin për një transferim të shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ?</p>	<p>2pikë</p>
<p>Neni 42, pika 4/b</p>	<p>d) A rregjistrohen rezultatet për monitorimin e mbetjeve radioaktive ?</p>	<p>2pikë</p>

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Plani i emergjencës radiologjike</p>		
<p>Neni 63 pika 5/b,ë</p>	<p>a) A ekziston një plan i shkruar emergjence?</p>	<p>3pikë</p>	
<p>Neni 63 pika 5/b,ë</p>	<p>b) A testohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjencës?</p>	<p>2pikë</p>	
<p>Neni 63 pika 5/c</p>	<p>d) A i kanë të përcaktuara punonjësit detyrat e tyre në rast emergjence me burimin radioaktiv dhe a kanë trajnimin e nevojshëm?</p>	<p>3pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Justifikimi</p>		
<p>Neni 47, pika 2</p>	<p>a) A ka pacienti rekomandim nga mjeku specialist për të bërë ekspozim mjekësor, diagnostikues apo terapeutik</p>	<p>3pikë</p>	
<p>Neni 47, pika 2</p>	<p>b) A bëhet instruktimi i pacientëve përpara ekzaminimit, a ka dokumentacion?</p>	<p>1pikë</p>	
<p>Neni 47, pika 4</p>	<p>c) A merren masa për kufizimin e dozës për individë të cilët ekspozohen ndërkohë që janë duke ndihmuar vullnetarisht (ndryshe nga profesioni ose punësimi i tyre) në përkujdesin, mbështetjen, dhe komfortin e pacientëve?</p>	<p>1pikë</p>	

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Justifikimi</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--

<p>Neni 48, pika 2</p>	<p>d) A janë ekspozimet mjekësore diagnostikuese apo terapeutike të justifikuara duke marre parasysh te mirat dhe riskun ne krahasim me teknikat e tjera qe nuk japin ekspozim mjeksor</p>	<p>2pikë</p>
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

<p>Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”</p>	<p>Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore</p>	
<p>Neni 60, pika 2/ ç</p>	<p>a) A ka ndodhur ndonjë incident apo situatë emergjente? (dëmtimi i ndonjë burimi radioaktiv, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër)</p>	<p>3pikë</p>
<p>Neni 60, pika 2/ ç</p>	<p>b) Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?</p>	<p>2pikë</p>

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore		
Neni 60, pika 2/ ç	c) A është monitoruar niveli i rrezatimit të mjedisit ku ka ndodhur incidenti?	1 pikë	
	d) Çfarë masash janë marrë për të lehtësuar pasojat pas aksidentit? A është rikthyer burimi në kushte të sigurta pas aksidentit?	1 pikë	
Neni 59, pika 1, 2	e) A janë siguruar instrumente të përshtatëshme, sisteme sigurie apo masa procedurale për të zvogëluar sa më shumë të jetë e mundur gabimin njerëzor që shkakton ekspozime shtesë dhe të paqëllimshme të punonjësve ?	1 pikë	
Neni 59, pika 1, 2	f) Në rast defekti të sistemeve të sigurisë ose të masave të tjera mbrojtëse, a janë planifikuar ndërhyrje ?	1 pikë	

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penalisht zohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Dt.

INSPEKTORËT